

- Cơ sở chưa hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải y tế (Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT).

2. Về trang thiết bị y tế:

- Sử dụng phác đồ chống sốc, thành phần thuốc chống sốc không đúng quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, cơ sở chưa in treo phác đồ chống sốc.

(Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);

- Chưa có tủ thuốc cấp cứu chuyên khoa

(Điểm b, Khoản 2, Điều 26, Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);

- Cơ sở chưa bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại Theo Tiết c, Điểm 1, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 155/2018/NĐ – CP.


Sở Y tế đề nghị cơ sở khắc phục những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả khắc phục về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 13/7/2020 để được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Y tế Quảng Ngãi Thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng xét nghiệm Y Khoa 286;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính Công/Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- GD, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Đức